

ECRA Biotec Certificado de Análise

Especificações do Produto

Nome do produto:	<i>ECRA HIFI</i>
Código do produto:	<i>EB1-17</i>
Lote:	<i>00091</i>
Concentração:	<i>2 U/μL</i>
Temperatura de transporte:	<i>-20 °C a 10 °C</i>
Temperatura de armazenamento:	<i>-20 °C</i>
Data de fabricação - validade:	<i>07/04/2020 – 07/04/2023</i>

Ensaio e Resultados

Parâmetro	Especificações do ensaio	Resultado	
Qualidade da enzima	Análise de Pureza e integridade em gel de poliacrilamida.	De acordo com a especificação.	Aprovado
Determinação de concentração	A concentração da enzima por ensaio de detecção colorimétrica de Bradford.	De acordo com a especificação.	Aprovado
Avaliação funcional por amplificação	Amplificação de DNA bacteriano.	De acordo com a especificação.	Aprovado

Este produto foi testado e está de acordo com todas as suas especificações.



Fábio Trigo Raya
Diretor de Qualidade