

ECRA Biotec Certificado de Análise

Especificações do Produto

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nome do produto: | ECRA TAQ |
| Código do produto: | EB5-20 |
| Lote: | 00081 |
| Concentração: | 5 U/ μ L |
| Temperatura de transporte: | -20 °C a 10 °C |
| Temperatura de armazenamento: | -20 °C |
| Data de fabricação - validade: | 09/09/2022 – 09/09/2023 |

Ensaio e Resultados

| Parâmetro | Especificações do ensaio | Resultado | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Qualidade da enzima | Análise de Pureza e integridade em gel de poliacrilamida. | De acordo com a especificação. | Aprovado |
| Determinação de concentração | A concentração da enzima por ensaio de detecção colorimétrica de Bradford. | De acordo com a especificação. | Aprovado |
| Avaliação funcional por amplificação | Amplificação de DNA bacteriano. | De acordo com a especificação. | Aprovado |

Este produto foi testado e está de acordo com todas as suas especificações.



Fábio Trigo Raya
Diretor de Qualidade